

Odpowiedzi na pytania oferentów złożone w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż pięciu hydrologicznych stacji pomiarowych i stacji bazowej do monitoringu poziomu wody w rzekach i potokach górskich w celu uzupełnienia funkcjonującego częściowo monitoringu ostrzegania przed powodzią”.

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń z możliwością programowania poprzez komputer i dedykowany konwerter zamiast klawiatury i wyświetlacza znajdujących się w urządzeniu rejestrującym?

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń które nie posiadają możliwości programowania wszystkich parametrów za pomocą klawiatury i wyświetlacza znajdujących się w urządzeniu rejestrującym.

2. Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia z pamięcią wewnętrzną 56000 wartości pomiarowych?

Ad. 2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, pamięć urządzenia musi posiadać możliwość rejestracji minimum 100.000 pomiarów.

3. Czy Zamawiający wymaga dostawy sondy hydrostatycznych bez kapilar służących do kompensacji ciśnienia?

Ad. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia sond z kapilarą.

4. Czy oferta ma zawierać także dostawę kart SIM potrzebnych do wysyłki danych? Jeśli tak to na jaki czas?

Ad. 4. Zamawiający zapewni karty SIM we własnym zakresie.

5. Z jaką częstotliwością wykonywania pomiarów oraz przesyłania danych ma działać rejestrator danych, aby spełnił wymóg zasilania na jednym zestawie baterii (3 lata)?

Ad. 5. W przypadku braku zagrożenia powodziowego pomiar i przesyłanie danych na serwer winien odbywać się z częstotliwością co 60 minut, z możliwością zmiany częstotliwości pomiarów i przesyłania danych. Z chwilą zagrożenia powodziowego pomiar i przesyłanie danych na serwer co 15 minut.

6. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym pełna konfiguracja urządzenia odbywa się zdalnie? Rozwiązanie takie pozwala zarządzać pracą stacji pomiarowej bez konieczności bezpośredniego do niej dostępu.

Ad. 6. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dopuszczamy możliwość konfiguracji przez GSM i Bluetooth.

7. Proszę o doprecyzowanie opisu sondy pomiarowej. Czy ma ona oprócz poziomu także wykonywać pomiar temperatury wody?

Ad. 7. Sonda pomiarowa oprócz poziomu wody ma także wykonywać pomiar temperatury wody.

8. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie pomiarowe, tzw. bezkontaktowe wykonywane metodą radarową. Rozwiązania te są o wiele prostsze w montażu i w wygodniejsze w późniejszej obsłudze stacji. W przypadku mostów, stacja taka może być przymocowana do barierki lub bezpośrednio do betonowej konstrukcji mostu.

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania pomiarowego.

9. W Opisie Przedmiotu Zamówienia nie jest wskazana informacja kto ma być właścicielem serwera, na którym ma znajdować się system do wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych. Proszę o potwierdzenie, że ów system może być własnością Wykonawcy, a Zamawiający uzyska dostęp do danych ze wszystkich stacji pomiarowych za pomocą dedykowanego konta w systemie. Jeśli Zamawiający korzystałby z dostępu do danych w systemie Wykonawcy, jaki okres dostępu ma być wliczony w wartość oferty?

Ad. 9. System wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych zainstalowany musi być na serwerze będącym własnością Zamawiającego. Nie dopuszczamy możliwości przechowywania tych danych na serwerze, który nie jest własnością Zamawiającego.